

Codice articolo produttore: 1.73016.0001

€ 4.138,20/pezzo**PROVE 100 SPECTROQUANT®**Fornitore VWR INTERNATIONAL S.R.L.

Fotometro - da banco - controllo acque primarie - Tipo di lampada: tungsteno Filtri: di interferenza - Lunghezza onda (min-max): 320-1100 nm - Display: touch - CPV: 38430000-8

MERCATO ELETTRONICO**Area di consegna o erogazione****Codice articolo fornitore**

ITALIA

MERC1.73016.0001

Classificazioni**CPV**

38430000-8 Apparecchi per analisi e rivelazione

Caratteristiche

Allegato	spectroquant-prove100-ds-it-mk.pdf
Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	MERC1.73016.0001
Codice articolo produttore	1.73016.0001
Codice CPV	Codice: 38430000-8 Descrizione: Apparecchi per analisi e rivelazione
Descrizione tecnica	Fotometro - da banco - controllo acque primarie - Tipo di lampada: tungsteno Filtri: di interferenza - Lunghezza onda (min-max): 320-1100 nm - Display: touch - CPV: 38430000-8
Immagine	merc1.73016.0001.jpg
Marca	Merck Millipore
Nome commerciale	PROVE 100 SPECTROQUANT®
Prezzo	€ 4.138,20
Unità di vendita	pezzo
Accessori in dotazione	NO
Alimentazione [V/Hz]	alimentatore 12Vdc
Assistenza aggiuntiva prevista	NO
Cella di misura con coperchio	SI

Collegamento PC previsto	NO			
Dimensioni (LxPxH) - Unità di misura	416x276x237 nm			
Display	touch			
Disponibilità minima garantita	10 pezzo			
Filtri	di interferenza			
Garanzia aggiuntiva				
Garanzia aggiuntiva prevista	NO			
Lampada	tungsteno			
Lotto minimo per unità di vendita	1 pezzo			
Lunghezza onda (min-max)	320-1100 nm			
Metodo di verifica	astm			
Numero filtri	1			
Numero lampade	1			
Numero misure	99			
Numero parametri	99			
Parametri	metodi			
Peso	6,8 kg			
Sensore luminoso	fotocellula al silicio			
Spegnimento automatico	SI			
Tempo di consegna	30 giorni lavorativi			
Tipo	da banco			
Tipo contratto	acquisto			
Utilizzo	controllo acque primarie			
Ultimo Aggiornamento	07/03/2024			
Iniziativa	ME	Beni	Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio	ATTIVO

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.